

Данни заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Утвърдил:.....

/проф. д-р. Т. Кантарджиева/ МН, МЗМ/

14.09.2020

ДОКЛАД

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР
ПО ЗАРАЗНИ И 1
ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ

Изм. № 20... г.

Вх. № 1777/14.09.2020 г.

бул. "Янко Сакъзов" № 26
София 1504, тел: 9446999

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание чл.60, ал.1 от ППЗОП, Ви представяме следния доклад от работата на комисията, назначена със Заповед № 109/22.04.2020 г. на директора на Националния център по заразни и паразитни болести за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на апарати, и доставка на диагностични, лабораторни и медицински консумативи по три Национални програми“**

Комисията е в следния състав:

Председател и член на комисията: Таня Георгиева Гюрова- юрисконсулт

Членове:

- 1.доц. д-р Любомира Николаева Крумова-Гломб - зав. отдел „Вирусология“ и зав. НРЛ «Ентеровируси»
2. гл. асистент Ирина Любенова Георгиева – НРЛ «Ентеровируси»

Със същата заповед са определени следните задачи на комисията и срокове за изпълнението им:

Комисията да се събере на 22.04.2020 г. в 09:00 ч. в Националния център по заразни и паразитни болести в град София, бул. "Янко Сакъзов" №26, учебна зала към сектор вътреболнични инфекции към НРЛ КМАР , и в открито заседание да отвори пликовете с офертите по реда на тяхното постъпване съгласно изискванията на чл. 54 ал.1 и ал.4 от ППЗОП.

След получаване на списъка с участниците, всички членове на комисията да попълнят декларации по чл.103 ал.2 от ЗОП. Членовете на комисията са длъжни да декларират настъпили промени в декларираните обстоятелства, в случай, че има такива, на всеки етап от провеждане на процедурата.

Комисията да разгледа постъпилите оферти по реда на чл.54 и чл.56-60 от ППЗОП и да оцени и класира в съответствие с предварително обявените условия офертите, отговарящи на изискванията на Възложителя, посочени в Обявлението за обществената поръчка и Документацията за участие. Комисията да съставя протоколи за всички свои действия.

В срок до 10.10.2020 г. Комисията да представи на Възложителя доклад за работата си по реда на чл.106 ал.1 във връзка с чл.103 ал.3 от ЗОП и чл.60 от ППЗОП, с минимално съдържание съгласно чл.60 ал.1 от ППЗОП и с приложения съгласно чл.60 ал.3 от ППЗОП. Докладът да бъде подписан от всички членове на Комисията.

На основание чл.51 ал.1 т.3 от ППЗОП, определям място за съхранение на офертите: стая 422 находяща се в сградата на НЦЗПБ- гр. София, бул. Янко Сакъзов 26, ет.4.

На основание чл.51 ал.4 т.3 от ППЗОП определям за отговорно лице за правилното съхранение на документите Председателя на комисията.

До края на работата на комисията не са издавани други заповеди във връзка със състава, сроковете и задачите на комисията.

До изтичане на срока за подаване на оферти, бяха подадени оферти от следните участници:

Пореден №	Вх.№ и час	Фирма
1.	14/15.04.2020 г. 8.30 ч.	„ЛАБТЕХ“ ЕООД
2.	15/21.04.2020 г. 9.45 ч.	„ДИАМЕД“ ООД
3.	16/21.04.2020 г. 11.00 ч.	„ПЕМАКОН“ ООД
4.	17/21.04.2020 г. 11.40 ч.	„ДИАХИМ“ ЕАД
5.	18/21.04.2020 г. 12.30 ч.	„АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД
6.	19/21.04.2020 г. 14.20 ч.	„ЕЛТА 90М“ ООД
7.	20/21.04.2020 г. 15.20 ч.	„ЕС ДЖИ ПИ БИО ДАЙНАМИКС“ ООД
8.	21/21.04.2020 г. 15.30 ч.	„РИДАКОМ“ ЕООД
9.	22/21.04.2020 г. 15.40 ч.	„БИОМЕД ФЮЧАР“ ЕООД
10.	23/21.04.2020 г. 15.58 ч.	„ФОТ“ ООД

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

В закрито заседание, Комисията разглежда допуснатите оферти и провери за тяхното съответствие с предварително обявените условия. Комисията констатира следното:

1. „Лабтех“ ЕООД - по обособена позиция: 36.

Комисията установи, че представената от участника техническа оферта по обособената позиция е в съответствие с изискванията на възложителя, видно от приложените каталози и допуска участника до отваряне на ценовото предложение.

2. „Диамед“ ООД - по обособена позиция: 35.

Комисията установи, че представената от участника техническа оферта по обособената позиция е в съответствие с изискванията на възложителя, видно от приложените каталози и допуска участника до отваряне на ценовото предложение.

3. „Пемакон“ ООД - по обособени позиции: 2, 9, 30, 31, 32, 33 и 34.

Комисията установи следното:

1. По обособена позиция 2 - Представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя наборът за ръчна екстракция на вирусна РНК да съдържа cartier RNA. От представената инструкция за употреба на предлагания продукт е видно, че такъв компонент не се съдържа в наборът за ръчна екстракция, каквото е изискването на възложителя, заложено в Обявлението и Документацията за участие.

На основание чл.107, т.2, б“а“ от ЗОП, комисията предлага за отстраняване от процедурата участника по обособена позиция 2.

Комисията допуска участника до отваряне на ценовото предложение по обособени позиции – 9, 30, 31, 32, 33, 34, тъй като, видно от представените каталози, че

оферираните продукти по тези обособени позиции отговарят на изискванията на възложителя.

4. „Диахим“ ЕАД - по обособена позиция: 37.

Комисията установи, че представената от участника техническа оферта по обособената позиция е в съответствие с изискванията на възложителя, видно от приложените каталози и допуска участника до отваряне на ценовото предложение.

5. „Антисел България“ ООД – по обособени позиции: 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 30 и 31.

Комисията установи следното:

1. По обособена позиция 5 - Представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя наборът да е за едностъпков конвенционален *RT-PCR*. От представената извадка от каталог е видно, че се предлага набор за *qRT-PCR*, с отчитане на реакцията в реално време и работа с *TaqMan* сонди.

На основание чл.107, т.2, б “а“ от ЗОП, комисията предлага за отстраняване от процедурата участника по обособена позиция 5.

Комисията допуска участника до отваряне на ценовото предложение по обособени позиции – 2, 4, 6, 8, 10, 11, 30 и 31, тъй като, видно от представените каталози, че оферираните продукти по тези обособени позиции отговарят на изискванията на възложителя.

6. „Елта 90М“ ООД – по обособени позиции: 2, 13, 14, 15, 16 и 36.

Комисията установи, че представената от участника техническа оферта по всички обособени позиции е в съответствие с изискванията на възложителя, видно от приложените каталози и допуска участника до отваряне на ценовото предложение.

7. „Ес Джи Пи Био Дайнамикс“ ООД – по обособени позиции: 2 и 6.

Комисията установи, че представената от участника техническа оферта по всички обособени позиции е в съответствие с изискванията на възложителя, видно от приложените каталози и допуска участника до отваряне на ценовото предложение.

8. „Ридаком“ ЕООД по обособени позиции: 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33 и 37.

Комисията установи следното:

1. По обособена позиция 6

Представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя реакционният буфер да бъде в концентрация 5х. От представената извадка от каталог е видно, че се предлага продукт, в който реакционният буфер е с концентрация 2х.

2. По обособена позиция 8

2.1. Подпозиция 8.1 - представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя в буфера да се съдържа ДТТ. От представената извадка от каталог е видно, че такъв компонент не се съдържа в реакционния буфер, каквото е изискването на възложителя, заложено в Обявлението и Документацията за участие.

3. По обособена позиция 22

3.1. По подпозиция 22.1 - представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя за съвместимост с апарат Chromo 4, BioRad. От представената извадка от каталог и таблица за съвместимост е видно, че предлаганият продукт не е съвместим с апарат Chromo 4, BioRad.

3.2. По подпозиция 22.2 – В представената извадка от каталог липсва информация за продукт с посочения каталожен номер, поради което не става ясно дали

съответства с изискванията на възложителя, заложи в Обявлението и Документацията за участие.

4. По обособена позиция 23

4.1 По подпозиция 23.1 – в представената извадка от каталог и таблица за съвместимост липсва информация за продукт с посочения каталожен номер, поради което не става ясно дали съответства с изискванията на възложителя, заложи в Обявлението и Документацията за участие.

4.2. По подпозиция 23.2 – в представената извадка от каталог липсва информация за продукт с посочения каталожен номер, поради което не става ясно дали съответства с изискванията на възложителя, заложи в Обявлението и Документацията за участие.

5. Позиция 24 – представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя охлаждащият статив за епруветки да е до 24 позиции и за 1,5/2 мл епруветки. От представената извадка от каталог е видно, че се предлага охлаждащ статив с 96 гнезда за PCR епруветки с обем от 0.2мл.

На основание чл.107, т.2, б“а“ от ЗОП и имайки предвид заложеното от Възложителя изискване към участник в процедурата, който кандидатства за обособени позиции с подпозиции, да представи оферта за всички подпозиции на обособената позиция, комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „Ридаком“ ЕООД по обособени позиции 6, 8, 22, 23 и 24.

Комисията допуска участника до отваряне на ценовото предложение по обособени позиции – 5, 7, 9, 11, 12, 18, 21, 25, 26, 27, 30, 31, 33, и 37, тъй като, видно от представените каталози, офериранияте продукти по тези обособени позиции отговарят на изискванията на възложителя.

9. „Биомед Фючар“ ЕООД - по обособени позиции: 5, 6, 7, 8, 9, 12, 20, 21, 27, 30, 32, 36, 37 .

Комисията установи следното:

1. По обособена позиция 8

Подпозиция 8.1 – в представената от участника извадка от каталог не става ясно дали времето на полуживот на обратната транскриптаза е минимум 220 минути при 50 градуса, каквото е изискването на Възложителя заложи в Обявлението и Документацията за участие.

2. Тъй като обособена позиция 20 е възложена по реда на чл.21 ал.6 във връзка с чл.20 ал.3 от ЗОП по реда на индивидуалната им стойност и, съгласно условията, посочени в Обявлението за обществена поръчка и Документацията за участие, Комисията няма да разглежда офертите на участника по посочената обособена позиция.

На основание чл.107, т.2, б“а“ от ЗОП и имайки предвид заложеното от Възложителя изискване към участник в процедурата, който кандидатства за обособени позиции с подпозиции, да представи оферта за всички подпозиции на обособената позиция, комисията предлага за отстраняване от процедурата участника по обособена позиция 8 и обособена позиция 20.

Комисията допуска участника до отваряне на ценовото предложение по обособени позиции – 5, 6, 7, 9, 12, 21, 27, 30, 32, 36, 37, тъй като, видно от представените каталози, че офериранияте продукти по тези обособени позиции отговарят на изискванията на възложителя.

10. „Фот“ ООД – по обособени позиции: 2, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 и 37.

Комисията установи следното:

1. По обособена позиция 2 - представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя наборът за ръчна екстракция на вирусна РНК да позволява екстракция от безклетъчни течни биологични материали, като серум, плазма, ликвор и др. телесни течности. В представената от участника извадка от каталог е видно, че предлаганият продукт е за екстракция само от *swab*.

2. По обособена позиция 11 – в представената от участника извадка от каталог не е посочено дали молекулният ДНК маркер има удебелени ивици и колко са те, поради което не става ясно дали оферираният продукт съответства с изискванията на възложителя, заложен в Обявлението и Документацията за участие, да се съдържат минимум две удебелени ивици.

3. По обособена позиция 12

3.1. подпозиция 12.3 - представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя 10xTBE буферът да се предлага като дозирана субстанция за директно разтваряне в опаковка до 500 милилитра. От представената от участника извадка от каталог е видно, че предлаганият продукт е в прахообразна форма.

На основание чл.107, т.2, б“а“ от ЗОП и имайки предвид заложеното от Възложителя изискване към участник в процедурата, който кандидатства за обособени позиции с подпозиции, да представи оферта за всички подпозиции на обособената позиция, комисията предлага за отстраняване от процедурата участника по обособени позиции 2, 11 и 12.

Комисията допуска участника до отваряне на ценовото предложение по обособени позиции –7, 9, 10, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 и 37, тъй като, видно от представените каталози, че оферираният продукт по тези обособени позиции отговарят на изискванията на възложителя.

КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Класирането на участниците съгласно предварително обявените показатели за комплексна оценка и по критерий „най-ниска“ предложена цена е следното:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. По обособена позиция № 2 | - „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД |
| 2. По обособена позиция № 4 | - „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД |
| 3. По обособена позиция № 5 | - „БИОМЕД ФЮЧАР“ ЕООД |
| 4. По обособена позиция № 6 | - „ЕС ДЖИ ПИ БИО ДАЙНАМИКС“ ООД |
| 5. По обособена позиция № 7 | - „РИДАКОМ“ ЕООД |
| 6. По обособена позиция № 8 | - „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД |
| 7. По обособена позиция № 9 | - „РИДАКОМ“ ЕООД |
| 8. По обособена позиция № 10 | - „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД |
| 9. По обособена позиция № 11 | - „РИДАКОМ“ ЕООД |
| 10. По обособена позиция № 12 | - „БИОМЕД ФЮЧАР“ ЕООД |
| 11. По обособена позиция № 13 | - „ЕЛТА 90М“ ООД |
| 12. По обособена позиция № 14 | - „ЕЛТА 90М“ ООД |
| 13. По обособена позиция № 15 | - „ЕЛТА 90М“ ООД |
| 14. По обособена позиция № 16 | - „ЕЛТА 90М“ ООД |
| 15. По обособена позиция № 17 | - „ФОТ“ ООД |
| 16. По обособена позиция № 18 | - „РИДАКОМ“ ЕООД |
| 17. По обособена позиция № 19 | - „ФОТ“ ООД |
| 18. По обособена позиция № 21 | - „БИОМЕД ФЮЧАР“ ЕООД |

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 19. По обособена позиция № 22 | - „ФОТ“ ООД |
| 20. По обособена позиция № 23 | - „ФОТ“ ООД |
| 21. По обособена позиция № 24 | - „ФОТ“ ООД |
| 22. По обособена позиция № 25 | - „РИДАКОМ“ ЕООД |
| 23. По обособена позиция № 26 | - „РИДАКОМ“ ЕООД |
| 24. По обособена позиция № 27 | - „БИОМЕД ФЮЧАР“ ЕООД |
| 25. По обособена позиция № 28 | - „ФОТ“ ООД |
| 26. По обособена позиция № 29 | - „ФОТ“ ООД |
| 27. По обособена позиция № 30 | - „РИДАКОМ“ ЕООД |
| 28. По обособена позиция № 31 | - „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД |
| 29. По обособена позиция № 32 | - „ПЕМАКОН“ ООД |
| 30. По обособена позиция № 33 | - „ФОТ“ ООД |
| 31. По обособена позиция № 34 | - „ПЕМАКОН“ ООД |
| 32. По обособена позиция № 35 | - „ДИАМЕД“ ООД |
| 33. По обособена позиция № 36 | - „ЛАБТЕХ“ ЕООД |
| 34. По обособена позиция № 37 | - „БИОМЕД ФЮЧАР“ ЕООД |

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класираните на първо място участници по отделните обособени позиции.

Комисията приключи своята работа на 14.09.2020 г.

VI. ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Протокол №1
- Протокол №1а
- Протокол №2
- Протокол №3
- Протокол №3а

Комисията изготви настоящия доклад и го предаде на Възложителя на 14.09.2020 г. заедно с цялата документация по провеждане на обществената поръчка, включително всички документи изготвени в хода на работата на комисията.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЧЛЕН:
(Таня Гюрова юрисконсулт)

ЧЛЕНОВЕ:

1. Доц. д-р Любомира Николаева – Гломб – зав. отдел “Вирусология”, зав. НРЛ „Ентеровируси”

.....

2. гл. асистент д-р Любенова Георгиева – НРЛ «Ентеровируси»

.....

Данни заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП