

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР
ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ
КОЛАБОРИРАЩ ЦЕНТЪР НА СЗО

София 1504, Бул. Янко Сакъзов 26
ДИРЕКТОР: 02/ 944 28 75; director@ncipd.org
ЦЕНТРАЛА: 02/ 944 69 99
ФАКС: 02/ 943 30 75



Основан 1881 Founded

www.ncipd.org

MINISTRY OF HEALTH
NATIONAL CENTRE
OF INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES
WHO COLLABORATING CENTRE

BULGARIA, 1504 Sofia, 26 Yanko Sakazov Blvd.
DIRECTOR: +359 2 944 28 75; director@ncipd.org
TELEPHONE EXCHANGE: +359 2 944 69 99
FAX: +359 2 943 30 75

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР
ПО ЗАРАЗНИ И
ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ

Изм. № 1000-362/19.03.2020 г.

Вх. № 20... г.

Бул. "Янко Сакъзов" № 26
София 1504, тел: 9446999

Относно: постъпило запитване за разяснение по техническата спецификация относно обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на апарати, и доставка на диагностични, лабораторни и медицински консумативи по три Национални програми“

Въпрос 1: Доколкото в техническата спецификация на обособена позиция №35 – „Затворена система за вземане на венозна кръв, спринцовки и игли“ в редове 35.1, 35.2, 35.3, 35.4, 35.5 е записано „вакуумна епруветка...“, искаме разяснения по следния въпрос:

Ще приеме ли възложителя, ако се оферират епруветки, които са с вакуум и аспирация?

Отговор въпрос 1: Да, Възложителят ще приеме епруветки, които са с вакуум и аспирация.

Въпрос 2: В техническата спецификация на обособена позиция №35 – „Затворена система за вземане на венозна кръв, спринцовки и игли“ са зададени точно определени епруветки като вместимост. Считаме, че така посочена техническата спецификация води до ограничаване участието на повече фирми в обществената поръчка. Посочването на конкретна вместимост /3 ml, 4 ml, 5ml/ води до ограничаване на конкуренцията и предоставя възможност за участие само на определени фирми производители. Смятаме, че използване на затворени системи близки до посочените обеми ще доведе до получаване на същите крайни резултати за медицинските лаборатории и няма да затрудни работата при определяне на анализите.

Поради това моля, да ни отговорите:

Ще приеме ли възложителя, ако се оферират епруветки със сходен размер и вместимост при условие, че те бъдат съобразени с изискванията на лабораторията и наличните апарати?

Отговор въпрос 2: Възложителят счита че заложените в техническата спецификация към позиция 35- „Затворена система за вземане на венозна кръв, спринцовки и игли“ параметри на вместимост са стандартни и не могат да бъдат приети като ограничаващи. Поради това, Възложителят няма да приеме варианти.