

ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 13.07.2020 г., 09.00 ч., в НЦЗПБ -гр. София, бул. „Янко Сакъзов“ № 26, в учебна зала към сектор вътреболнични инфекции към НРЛ КМАР, се събра комисия в състав:

Председател и член на комисията: Тая Георгиева Гюрова- юрисконсулт

Членове:

1. доц. д-р Любомира Николаева Крумова-Гломб - зав. отдел „Вирусология“ и зав. НРЛ «Ентеровируси»
2. гл. асистент Ирина Любенова Георгиева – НРЛ «Ентеровируси»

със задача да разгледа подробно офертите на допуснатите участниците съгласно техническата спецификация на Възложителя по обществена поръчка: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на апарати, и доставка на диагностични, лабораторни и медицински консумативи по три Национални програми“.

1. „Лабтех“ ЕООД - по обособена позиция: 36.

Комисията установи, че представената от участника техническа оферта по обособената позиция е в съответствие с изискванията на възложителя, видно от приложените каталози и допуска участника до отваряне на ценовото предложение.

2. „Диамед“ ООД - по обособена позиция: 35.

Комисията установи, че представената от участника техническа оферта по обособената позиция е в съответствие с изискванията на възложителя, видно от приложените каталози и допуска участника до отваряне на ценовото предложение.

3. „Пемакон“ ООД - по обособени позиции: 2,9,30,31,32,33 и 34.

Комисията установи следното:

1. По обособена позиция 2 - Представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя наборът за ръчна екстракция на вирусна РНК да съдържа *carrier RNA*. От представената инструкция за употреба на предлагания продукт е видно, че такъв компонент не се съдържа в наборът за ръчна екстракция, каквото е изискването на възложителя, заложено в Обявлението и Документацията за участие.

На основание чл.107, т.2, б“а“ от ЗОП, комисията предлага за отстраняване от процедурата участника по обособена позиция 2.

Комисията допуска участника до отваряне на ценовото предложение по обособени позиции – 9, 30, 31, 32, 33, 34, тъй като, видно от представените каталози, че оферираните продукти по тези обособени позиции отговарят на изискванията на възложителя.

4. „Диахим“ ЕАД - по обособена позиция: 37.

Комисията установи, че представената от участника техническа оферта по обособената позиция е в съответствие с изискванията на възложителя, видно от приложените каталози и допуска участника до отваряне на ценовото предложение.

5. „Антисел България“ ООД – по обособени позиции: 2,4,5,6,8,10,11,30 и 31.

Комисията установи следното:

1. По обособена позиция 5 - Представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя наборът да е за едностъпков конвенционален *RT-PCR*. От представената извадка от каталог е видно, че се предлага набор за *qRT-PCR*, с отчитане на

реакцията в реално време и работа с *TaqMan* сонди.

На основание чл.107, т.2, б "а" от ЗОП, комисията предлага за отстраняване от процедурата участника по обособена позиция 5.

Комисията допуска участника до отваряне на ценовото предложение по обособени позиции – 2, 4, 6, 8, 10, 11, 30 и 31, тъй като, видно от представените каталози, че оферираните продукти по тези обособени позиции отговарят на изискванията на възложителя.

6. „Елта 90М“ ООД – по обособени позиции: 2,13,14,15,16 и 36.

Комисията установи, че представената от участника техническа оферта по всички обособени позиции е в съответствие с изискванията на възложителя, видно от приложените каталози и допуска участника до отваряне на ценовото предложение.

7. „Ес Джи Пи Био Дайнамикс“ ООД – по обособени позиции: 2 и 6.

Комисията установи, че представената от участника техническа оферта по всички обособени позиции е в съответствие с изискванията на възложителя, видно от приложените каталози и допуска участника до отваряне на ценовото предложение.

8. „Ридаком“ ЕООД по обособени позиции: 5,6,7,8,9,11,12,18,21,22,23,24,25,26,27,30,31,33 и 37.

Комисията установи следното:

1. По обособена позиция 6

Представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя реакционният буфер да бъде в концентрация 5x. От представената извадка от каталог е видно, че се предлага продукт, в който реакционният буфер е с концентрация 2x.

2. По обособена позиция 8

2.1. Подпозиция 8.1 - представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя в буфера да се съдържа DTT. От представената извадка от каталог е видно, че такъв компонент не се съдържа в реакционния буфер, каквото е изискването на възложителя, заложено в Обявлението и Документацията за участие.

3. По обособена позиция 22

4.1. По подпозиция 22.1 - представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя за съвместимост с апарат Chromo 4, BioRad. От представената извадка от каталог и таблица за съвместимост е видно, че предлаганият продукт не е съвместим с апарат Chromo 4, BioRad.

4.2. По подпозиция 22.2 – В представената извадка от каталог липсва информация за продукт с посочения каталожен номер, поради което не става ясно дали съответства с изискванията на възложителя, заложи в Обявлението и Документацията за участие.

4. По обособена позиция 23

5.1 По подпозиция 23.1 – в представената извадка от каталог и таблица за съвместимост липсва информация за продукт с посочения каталожен номер, поради което не става ясно дали съответства с изискванията на възложителя, заложи в Обявлението и Документацията за участие.

5.2. По подпозиция 23.2 – в представената извадка от каталог липсва информация за продукт с посочения каталожен номер, поради което не става ясно дали съответства с изискванията на възложителя, заложи в Обявлението и Документацията за участие.

5. Позиция 24 – представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя охлаждащият статив за епруветки да е до 24 позиции и за 1,5/2 мл епруветки. От представената извадка от каталог е видно, че се предлага охлаждащ

статив с 96 гнезда за PCR епруветки с обем от 0.2мл.

На основание чл.107, т.2, б“а“ от ЗОП и имайки предвид заложеното от Възложителя изискване към участник в процедурата, който кандидатства за обособени позиции с подпозиции, да представи оферта за всички подпозиции на обособената позиция, комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „Ридаком“ ЕООД по обособени позиции 6, 8, 22, 23 и 24.

Комисията допуска участника до отваряне на ценовото предложение по обособени позиции – 5, 7, 9, 11, 12, 18, 21, 25, 26, 27, 30, 31, 33, и 37, тъй като, видно от представените каталози, офериранияте продукти по тези обособени позиции отговарят на изискванията на възложителя.

9 „Биомед Фючар“ ЕООД - по обособени позиции: 5, 6, 7, 8, 9, 12, 20, 21, 27, 30, 32, 36, 37 .

Комисията установи следното:

1. По обособена позиция 8

Подпозиция 8.1 – в представената от участника извадка от каталог не става ясно дали времето на полуживот на обратната транскриптаза е минимум 220 минути при 50 градуса, каквото е изискването на Възложителя заложено в Обявлението и Документацията за участие.

2. Тъй като обособена позиция 20 е възложена по реда на чл.21 ал.6 във връзка с чл.20 ал.3 от ЗОП по реда на индивидуалната им стойност и, съгласно условията, посочени в Обявлението за обществена поръчка и Документацията за участие, Комисията няма да разглежда офертите на участника по посочената обособена позиция.

На основание чл.107, т.2, б“а“ от ЗОП и имайки предвид заложеното от Възложителя изискване към участник в процедурата, който кандидатства за обособени позиции с подпозиции, да представи оферта за всички подпозиции на обособената позиция, комисията предлага за отстраняване от процедурата участника по обособена позиция 8 и обособена позиция 20.

Комисията допуска участника до отваряне на ценовото предложение по обособени позиции – 5, 6, 7, 9, 12, 21, 27, 30, 32, 36, 37, тъй като, видно от представените каталози, че офериранияте продукти по тези обособени позиции отговарят на изискванията на възложителя.

10. „Фот“ ООД – по обособени позиции: 2, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 и 37.

Комисията установи следното:

1. По обособена позиция 2 - представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя наборът за ръчна екстракция на вирусна РНК да позволява екстракция от безклетъчни течни биологични материали, като серум, плазма, ликвор и др. телесни течности. В представената от участника извадка от каталог е видно, че предлаганият продукт е за екстракция само от *swab*.

2. По обособена позиция 11 – в представената от участника извадка от каталог не е посочено дали молекулният ДНК маркер има удебелени ивици и колко са те, поради което не става ясно дали оферираният продукт съответства с изискванията на възложителя, заложен в Обявлението и Документацията за участие, да се съдържат минимум две удебелени ивици.

3. По обособена позиция 12

3.1. подпозиция 12.3 - представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя 10хТВЕ буферът да се предлага като дозирана субстанция за директно разтваряне в опаковка до 500 милилитра. От представената от участника извадка от каталог е видно, че предлаганият продукт е в прахообразна форма.

На основание чл.107, т.2, б“а“ от ЗОП и имайки предвид заложеното от Възложителя изискване към участник в процедурата, който кандидатства за обособени позиции с подпозиции, да представи оферта за всички подпозиции на обособената позиция, комисията предлага за отстраняване от процедурата участника по обособени позиции 2, 11 и 12.

Комисията допуска участника до отваряне на ценовото предложение по обособени позиции –7, 9, 10, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 и 37, тъй като, видно от представените каталози, че офертираните продукти по тези обособени позиции отговарят на изискванията на възложителя.

Комисията приключи с разглеждане на офертите на допуснатите участниците, съгласно техническата спецификация на възложителя на 20.08.2020г. в 16:00 часа.

Настоящият протокол е съставен и е подписан в един екземпляр

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЧЛЕН:
(Таня Гюрова юриконсулт)

ЧЛЕНОВЕ:

1. Доц. д-р Любомира Николаева – Гломб – зав. отдел “Вирусология”, зав. НРЛ „Ентеровируси”

.....

2. гл. асистент Ирина Любенова Георгиева – НРЛ «Ентеровируси»

.....

Данни заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП