

ДО
„Елта 90-М” ООД
ул. Враня № 82, офис 217
гр.София 1233

Във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Доставка на диагностични и лабораторни консумативи за лабораторна диагностика и изследвания на резервоари на ВПТИ по Национална програма за профилактика и контрол на вектор-преносими трансмисивни инфекции при хората в Република България, по обособени позиции от 1 до 59”, съгласно техническата спецификация на Възложителя, открита с Решение № 8 от 09.09.2014 г., се разгледа представената от Вас по процедурата техническа характеристика и се установи следното:

1. По позиция 1

1.3 - има разминаване между каталожният номер, посочен в техническата характеристика (DJ2132-3201M) и в представения каталог (DJ2132-1601M).

1.4 - има разминаване между каталожният номер, посочен в техническата характеристика (DJ2132-3201G) и в представения каталог (DJ2132-1601-1-G).

1.6 - има разминаване между каталожният номер, посочен в техническата характеристика (DN2132-3201-2M) и в представения каталог (DN2132-3201-M).

2. По позиция 25 - от представения от участника каталог не е видно дали в разтвор pH на разтвора е 7,3-7,5, каквото е изискването, заложено в техническата характеристика на възложителя.

3. По позиция 27 - има разминаване между представената от участника техническа характеристика и представения каталог. В техническата характеристика е посочено, че наборът е достатъчен за 250 р-ии, каквото е изискването на възложителя, а от представения каталог е видно, че се офорира набор за 100 реакции.

4. По позиция 43 - от представения от участника каталог не е видно дали ензимът е в опаковка от 25 ml, каквото е изискването, заложено в техническата характеристика на възложителя.

5. По позиция 48

48.1 - има разминаване между представената от участника техническа характеристика и представения каталог. В техническата характеристика е посочено, че опаковката е от 500 mg, каквото е изискването на възложителя, а от представения каталог е видно, че се офорира опаковка от 500 µg.

6. По позиция 49

49.1 - от представения от участника каталог не е видно дали офорираните автоматична пипета е IVD сертифицирана, каквото е изискването, заложено в техническата характеристика на

49.2; 49.3 и 49.4 - от представения от участника каталог не е видно дали офорираните автоматични пипети са с 4-цифров дисплей и IVD сертифицирани, каквото е изискването, заложено в техническата характеристика на възложителя.

49.6; 49.7 и 49.8 - от представения от участника каталог не е видно дали офорираните автоматични пипети са с филтър против замърсяване, каквото е изискването, заложено в техническата характеристика на възложителя.

7. По позиция 54 - от представения от участника каталог не е видно дали офорираните плаки за микро ELISA са индивидуално опаковани, каквото е изискването, заложено в техническата характеристика на възложителя.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.68, ал. 11 от ЗОП, Ви уведомявам, че в срок до 5 дни от получаване на настоящото писмо, следва да представите:

1. по позиции позиции 25; 43; 49 (49.1; 49.2; 49.3; 49.4; 49.6; 49.7; 49.8) и 54 от техническото задание на Възложителя каталог и/или инструкции, от които да е видно, че офорираните от Вас продукти отговарят на заложените от Възложителя параметри в техническата характеристика.
2. по позиции 1 (1.3; 1.4 и 1.6); 27 и 48.1 от техническото задание на Възложителя, обяснение за констатираното разминаване между представените от Вас техническа характеристика и каталог.

Председател на комисията:
/Таня Гюрова/