

ДО  
„Ридаком” ЕООД  
ул. Коломан № 1, офис 217  
гр.София 1618

Във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Доставка на диагностични и лабораторни консумативи за лабораторна диагностика и изследвания на резервоари на ВПТИ по Национална програма за профилактика и контрол на вектор-преносими трансмисивни инфекции при хората в Република България, по обособени позиции от 1 до 59”, съгласно техническата спецификация на Възложителя, открита с Решение № 8 от 09.09.2014 г., се разгледа представената от Вас по процедурата техническа характеристика и се установи следното:

1. По позиция 16 - има разминаване между представената от участника техническа характеристика и представения каталог. В техническата характеристика е посочено, че набора е подходящ за изолиране на ДНК от свежа кръв; съсирена кръв; тъкан; телесни течности; костен мозък; серум; телесни течности и др., каквото е изискването на възложителя, а от представения каталог е видно, че се оферира набор за изолиране на ДНК само от кръв.
2. По позиция 41 - от представения от участника каталог не е видно дали топененето на офериранията агароза за гел електрофореза става при 60-90 °С, каквото е изискването, заложено в техническата характеристика на възложителя.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.68, ал. 11 от ЗОП, Ви уведомявам, че в срок до 5 дни от получаване на настоящото писмо, следва да представите:

1. по позиции позиция 41 от техническото задание на Възложителя каталог и/или инструкции, от които да е видно, че офериранияте от Вас продукти отговарят на заложените от Възложителя параметри в техническата характеристика.
2. по позиция 16 от техническото задание на Възложителя, обяснение за констатираното разминаване между предоставените от Вас техническа характеристика и каталог.

Председател на комисията:  
/Таня Гюрова/