



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

## РЕШЕНИЕ

№ 10 /21.11.2019 г.

за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка - открита процедура с предмет „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно обслужване и поддръжка на апарати по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.”, процедура чрез подбор BG 05 M2 OP 001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ по пет обособени позиции.

На основание чл. 108, т. 1 от ЗОП и отразени резултати в протоколи: Протокол № 1, Протокол № 1а, Протокол № 2, Протокол № 3 и доклад от 20.11.2019 г. на комисията, назначена със Заповед № 353/06.08.2019 г. на директора на Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) за провеждане на открита процедура по ЗОП с горецитирания предмет, взех следните решения:

### I. Обявявам класирането на участниците въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена по критерий „Оптимално съотношение качество/цена“

1. По обособена позиция 1 - на първо място - „Биомед Фючар“ ЕООД със 100 точки
  - на второ място - „Ридаком“ ЕООД с 92,05 точки
2. По обособена позиция 2 - на първо място - „Ридаком“ ЕООД с 70 точки
  - на второ място - „Данс Фарма“ ЕООД с 57,95 точки
  - на трето място - „Антисел България“ ООД с 44,28 точки
  - на четвърто място - „АА Медикъл България“ ООД с 32,95 точки
3. По обособена позиция 3 - на първо място - „Ридаком“ ЕООД с 95,11 точки
  - на второ място - „АА Медикъл България“ ООД с 80,48 точки
  - на трето място - „Биомед Фючар“ ЕООД с 80 точки
  - на четвърто място - „Антисел България“ ООД с 68,10 точки
4. По обособена позиция 4 - на първо място „АА Медикъл България“ ООД с 95 точки
5. По обособена позиция 5 - на първо място „Антисел България“ ООД със 100 точки.

### II. Определям за изпълнители участниците, класираните на първо място по критерий „Оптимално съотношение качество/цена“, както следва:

1. По обособена позиция 1 - „Биомед Фючар“ ЕООД
2. По обособена позиция 2 - „Ридаком“ ЕООД
3. По обособена позиция 3 - „Ридаком“ ЕООД

[BG05M2OP001-1.002-0001.ncipd.org](http://BG05M2OP001-1.002-0001.ncipd.org)

---



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



4. По обособена позиция 4 - „АА Медикъл България“ ООД
5. По обособена позиция 5 - „Антисел България“ ООД

### III. Отстранени участници:

#### 1. „Аквахим“ АД

1.1. На основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП се отстранява „Аквахим“ АД по обособена позиция 2, със следните мотиви:

Офертата на участника „Аквахим“ АД по обособена позиция 2, не отговаря на задължителните минимални изисквания на възложителя:

- по т. 7. възложителят поставя минимално изискване „Загряване на капака за предпазване от конденз при температури в диапазона от 70°C до 110°C или по-широк“. Участникът оferира апарат, при който загряването на капака за предпазване от конденз е при температура в диапазона от 90°C до 110°C, видно от приложената извадка от каталог (стр. 6 от офертата на участника).

#### 2. „Биомед Фючар“ ЕООД

2.1. На основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП се отстранява „Биомед Фючар“ ЕООД по обособена позиция 2, със следните мотиви:

Офертата на участника „Биомед Фючар“ ЕООД по обособена позиция 2 не отговаря на задължителните минимални изисквания на възложителя:

- по т.8. възложителят поставя минимално изискване „Температурен градиентен обхват 30°C ÷ 95°C или по-широк“. Видно от техническото предложение, участникът оferира апарат, при който температурният градиентен обхват е 35°C ÷ 100°C.

- по т. 12 възложителят поставя минимално изискване за „Захранване 100 - 240V, 50/60 Hz“. Видно от техническото предложение, участникът оferира апарат със захранване 110 - 240V.

#### 3. „Данс Фарма“ ЕООД

3.1. На основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП се отстранява „Данс Фарма“ ЕООД по обособена позиция 1, със следните мотиви:

Офертата на участника „Данс Фарма“ ЕООД по обособена позиция 1 не отговаря на задължителните минимални изисквания на възложителя:

- по т. 9 възложителят поставя минимално изискване за „Захранване 100 - 240V, 50/60 Hz“. Видно от техническото предложение, участникът оferира апарат със захранване 115 - 230V.

#### 4. „Диамед“ ООД


4.1. На основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП се отстранява „Диамед“ ООД по обособена позиция 3, със следните мотиви:

Офертата на участника „Диамед“ ООД по обособена позиция 3 не отговаря на задължителните минимални изисквания на възложителя:

- по т.4. възложителят поставя минимално изискване „Динамичен обхват на анализа: поне десет порядъка (десетични)“. Видно от техническото предложение, участникът оferира апарат, при който динамичният обхват на анализа е девет порядъка.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

- по т.5. възложителят поставя минимално изискване „Минимален обхват на реакционния обем: 10-50  $\mu\text{l}$  или по-широк“. Видно от техническото предложение, участникът оferира апарат, при който минималният обхват на реакционния обем е 10-30  $\mu\text{l}$ .

## 5. „Биосистеми“ ООД

**5.1.** На основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП се отстранява „Биосистеми“ ООД по обособена позиция, 2 със следните мотиви:

Офертата на участника „Биосистеми“ ООД по обособена позиция 2 не отговаря на задължителните минимални изисквания на възложителя:

- по т. 12 възложителят поставя минимално изискване за „Захранване 100 - 240V, 50/60 Hz“. Видно от техническото предложение, участникът оferира апарат със захранване 110 - 230V.

## 6. „Синмед България“ ООД

**6.1.** На основание чл. 55, ал.1, т. 5, б. „а“ от ЗОП се отстранява „Синмед България“ ООД по обособена позиция 3 със следните мотиви:

Офертата на участника „Синмед България“ ООД по обособена позиция 3 не отговаря на задължителните минимални изисквания на възложителя:

Участникът е представил само превод на български език на Ръководство 09/2018 за апарат Rotor – Gene Q MDx.. При извършена от комисията проверка е установено следното:

- по т. 6 възложителят поставя минимално изискване за „Точност на поддържаната зададена температура: поне  $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$  или по-добра“.

- На стр. 251 от Ръководството на производителя за инсталиране на апарат Rotor – Gene MDx, Приложение А (версия 09/2018, на английски език) изрично е посочено, че точността на поддържаната зададена температура е  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ , което не кореспондира на поставеното от възложителя минимално изискване от  $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ .

- На стр. 251 от Ръководството на производителя за употреба на апарат Rotor – Gene Q MDx, Приложение А (версия 09/2018, на английски език) се съдържа идентична информация, като изрично е посочено, че точността на поддържаната зададена температура е  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ , което не кореспондира на поставеното от възложителя минимално изискване от  $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ .

- На стр. 94 от Ръководството на производителя за апарат Rotor – Gene Q MDx, Приложение А (версия 02/2018, на английски език) е посочена идентична информация, съгласно която точността на поддържаната зададена температура е  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ .

- Представеният от участника превод не отразява вярно и точно представената в Ръководствата на производителя информация относно точност на поддържана дададена температура от предлаганата апаратура.

## 7. „Ес Джи Pi Био Дайнамикс“ ООД


**7.1.** На основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП се отстранява „Ес Джи Pi Био Дайнамикс“ ООД по обособена позиция 2 със следните мотиви:

Офертата на участника „Ес Джи Pi Био Дайнамикс“ ООД по обособена позиция 2 не отговаря на задължителните минимални изисквания на възложителя:

- по т.8. възложителят поставя минимално изискване „Температурен градиентен обхват  $30^{\circ}\text{C} \div 95^{\circ}\text{C}$  или по-широк“. Видно от техническото предложение, участникът оferира апарат, при който температурният градиентен обхват е  $35^{\circ}\text{C} \div 105^{\circ}\text{C}$ .



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да бъде изпратено на участниците и публикувано в Профил на купувача при спазване на разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

След изтичане на срока за обжалване на решението, да бъдат предприети действия по сключване на договори с участниците определени за изпълнители, след представяне на исканите документи, съобразно чл. 112, ал. 1 от ЗОП.

Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от връчването му.

Todor Vesselov  
Digitally signed by Todor  
Vesselov Kantardjiev  
VЪЗЛОЖИТЕЛ: Kantardjiev  
Date: 2019.11.21 10:50:48  
+02'00'  
*(Handwritten signature of Todor Vesselov)*  
/Проф. д-р Тодор Веселов Кантарджиев, дмн, мзм  
Директор на НЦЗПБ/